

## جدول معیار پذیرش نمونه صنعت مهندسی پزشکی

ردیف	نام فرآورده	دامنه کاری آزمایشگاه	مقدار نمونه مورد نیاز	مشخصات بسته بندی	شرایط نمونه هنگام دریافت
۱	انواع نخ بخیه	فیزیکی و شیمیایی و عملکردی	۶۰ عدد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
		سترونی*	۵۰ عدد		
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۱۱۰ عدد					
۲	کیسه ادرار	فیزیکی و شیمیایی و عملکردی	۲۵ عدد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۲۵ عدد					
۳	دستکش معاینه	فیزیکی و شیمیایی و عملکردی	۱ بسته ۱۰۰ تایی	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۱ بسته ۱۰۰ تایی					
۴	دستکش جراحی	فیزیکی و شیمیایی و عملکردی	۸۰ عدد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
		سترونی*	۲۰ عدد		
جمع کل نمونه مورد نیاز: یک بسته ۱۰۰ تایی					
۵	سر سوزن پزشکی	فیزیکی و شیمیایی و عملکردی	۲۰۰ عدد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
		سترونی و تب زایی*	۸۰ عدد		
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۳۰۰ عدد					
۶	ست سرم	فیزیکی و شیمیایی و عملکردی	۳۰ عدد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
		سترونی و تب زایی*	۲۰ عدد		
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۵۰ عدد					

ردیف	نام فرآورده	دامنه کاری آزمایشگاه	مقدار نمونه مورد نیاز	مشخصات بسته بندی	شرایط نمونه هنگام دریافت
7	میکروست	فیزیکی و شیمیایی و عملکردی	۳۰ عدد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
		سترونی و تب زایی*	۲۰ عدد		
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۵۰ عدد					
۸	آنژیوکت و اسکالپ وین	فیزیکی و شیمیایی و عملکردی	۴۰ عدد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب باشد، بسته بندی باز نشده باشد و در صورت امکان پلمپ شده باشد
		سترونی و تب زایی*	۲۰ عدد		
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۶۰ عدد					
۹	واکر	فیزیکی، مکانیکی و عملکردی	۲ عدد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۲ عدد					
۱۰	رولاتور	فیزیکی، مکانیکی و عملکردی	۲ عدد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۲ عدد					
۱۱	ویلچر	فیزیکی، مکانیکی و عملکردی	۲ عدد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۲ عدد					
۱۲	یونیت دندانپزشکی (صندلی - چراغ - تجهیزات کامل)	ایمنی الکتریکی، عملکردی	۱ دستگاه	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۱ دستگاه					

ردیف	نام فرآورده	دامنه کاری آزمایشگاه	مقدار نمونه مورد نیاز	مشخصات بسته بندی	شرایط نمونه هنگام دریافت
۱۳	ترمومتر دیجیتال	ایمنی الکتریکی، عملکردی	۳ دستگاه	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۳ دستگاه					
۱۴	فشارسنج خون	فیزیکی، شیمیایی، عملکردی	۳ دستگاه	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۳ دستگاه					
۱۵	تخت بیمارستانی معمولی	فیزیکی، مکانیکی و عملکردی	۱ دستگاه	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۱ دستگاه					
۱۶	تخت بیمارستانی الکتریکی (جراحی)	ایمنی الکتریکی، عملکردی	۱ دستگاه	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۱ دستگاه					
۱۷	عصا زیر بغلی	فیزیکی، مکانیکی و عملکردی	۲ جفت	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۲ جفت					
۱۸	درجه تب سنج شیشه ای	عملکردی	۲۴ عدد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۲۴ عدد					

ردیف	نام فرآورده	دامنه کاری آزمایشگاه	مقدار نمونه مورد نیاز	مشخصات بسته بندی	شرایط نمونه هنگام دریافت
ردیف	نام فرآورده	دامنه کاری آزمایشگاه	مقدار نمونه مورد نیاز	مشخصات بسته بندی	شرایط نمونه هنگام دریافت
۱۹	ست انتقال خون	فیزیکی و شیمیایی و عملکردی سترونی و تب زایی*	۳۰ عدد ۳۰ عدد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۶۰ عدد					
۲۰	آمالگاماتور	ایمنی الکتریکی، عملکردی	۱ دستگاه	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۱ دستگاه					
۲۱	انکوباتور نوزاد	ایمنی الکتریکی و عملکردی	۱ دستگاه	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۱ دستگاه					
۲۲	دندان مصنوعی	فیزیکی و شیمیایی و عملکردی	۵ دست کامل	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۵ دست کامل					
۲۳	ونتیلاتور	ایمنی الکتریکی، عملکردی	۱ دستگاه	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۱ دستگاه					
۲۴	ساکشن پزشکی (الکتریکی)	ایمنی الکتریکی، عملکردی	۱ دستگاه	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۱ دستگاه					

۲۵	باند زخم بندی	فیزیکی و شیمیایی و عملکردی	۲۴ عدد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۲۴ عدد					
۲۶	باندکشی	فیزیکی و شیمیایی و عملکردی	۲۴ عدد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۲۴ عدد					
۲۷	باندگچی	فیزیکی و شیمیایی و عملکردی	۲۴ عدد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۲۴ عدد					
۲۸	انواع گاز طبی سترون شده	فیزیکی و شیمیایی و عملکردی	۶۰ عدد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
		سترونی *	۵۰ عدد		
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۱۱۰ عدد					
۲۹	گاز غیر استریل کیلویی	فیزیکی و شیمیایی و عملکردی	۲ بسته	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۲ بسته					
۳۰	انواع پد	فیزیکی، شیمیایی، عملکردی	۶۰ عدد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
		سترونی و تب زایی *	۵۰ عدد		
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۱۱۰ عدد					
*آزمونهای سترونی و تب زائی در پژوهشکده غذائی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد قابل انجام هستند					

شرایط نمونه هنگام دریافت	مشخصات بسته بندی	مقدار نمونه مورد نیاز	دامنه کاری آزمایشگاه	نام فرآورده	ردیف
بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	۱ دستگاه	ایمنی الکتریکی	لوکتور	۳۱

جمع کل نمونه مورد نیاز: ۱ دستگاه					
بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	۵۰ عدد	فیزیکی و شیمیایی و عملکردی	لانست خونگیری	۳۲
		۸۰ عدد	سترونی و تب زایی		
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۱۳۰ عدد					
بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته بندی کارتن یا لفاف	۳۸۰ : ۰/۵ ml عدد	فیزیکی و شیمیایی و عملکردی	سرنگ انواع سرنگ یکبار مصرف (با احتساب تعداد لازم برای آزمون های سترونی و تب زایی)	۳۳
		۳۰۰ : ۱ ml عدد			
		۲۳۰ : ۲ ml عدد			
		۲۰۰ : ۲/۵ ml عدد			
		۱۸۰ : ۳ ml عدد			
		۱۴۰ : ۵ ml عدد			
		۱۱۰ : ۱۰ ml عدد			
		۹۵ : ۲۰ ml عدد			
		۸۶ : ۵۰ ml عدد			
		۸۰ عدد	سترونی و تب زایی		
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۰/۵ : ۴۶۰ عدد؛ ۱ ml : ۳۸۰ عدد؛ ۲ ml : ۳۱۰ عدد؛ ۲/۵ ml : ۲۸۰ عدد؛ ۳ ml : ۲۴۰ عدد؛ ۵ ml : ۲۲۰ عدد؛ ۱۰ ml : ۱۹۰ عدد؛ ۲۰ ml : ۱۷۵ عدد؛ ۵۰ ml : ۱۶۶ عدد					

ردیف	نام فرآورده	دامنه کاری آزمایشگاه	مقدار نمونه مورد نیاز	مشخصات بسته بندی	شرایط نمونه هنگام دریافت
۳۴	لوله فولادی سوزن	فیزیکی و شیمیایی و عملکردی	۲۰۰ عدد	با بسته بندی اولیه و ثانویه و در صورت امکان بسته	بسته بندی سالم و بدون آسیب (لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم.)

ردیف	نام فرآورده	دامنه کاری آزمایشگاه	مقدار نمونه مورد نیاز	مشخصات بسته بندی	شرایط نمونه هنگام دریافت
				بندی کارتن یا لفاف	غیره) و باز نشده باشد. پلمپ شده باشد
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۲۰۰ عدد					
۳۵	آمبولانس	عملکردی	۱ دستگاه	قسمت های ورودی کابین، پلمپ شده باشد	آمبولانس
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۱ دستگاه					